

招标文件变更情况说明

致：招标与采购中心

浙江中医药大学富春校区启用PI细胞房设备采采购（项目编号:3300000263030060001229-ZXZB-ZYY-202626G），技术参数调整如下：

序号	设备名称	更正前内容	更正后内容
1	二氧化碳培养箱	★C02 浓度与温度检测探头：直接 置于箱体内部的一体式集成寿命热导（非红外）探头，精确控制二氧化碳浓度。（提供集成系统示意图）	★C02 浓度与温度检测探头：直接置于箱体内部的一体式集成寿命探头，精确控制二氧化碳浓度。 （提供集成系统示意图）
2	二氧化碳培养箱	★染物控制：采用湿热灭菌，灭菌温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ ，灭菌总时长（含升温与降温） $> 24\text{h}$ ，一次按键完成培养前箱体准备，能消除枯草芽孢杆菌变种、孢子黑曲霉，酿酒酵母菌等污染物。 （提供产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告等证明材料）	★染物控制：采用湿热灭菌，灭菌温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ ，灭菌总时长（含升温与降温） $> 20\text{h}$ ，一次按键完成培养前箱体准备，能消除枯草芽孢杆菌变种、孢子黑曲霉，酿酒酵母菌等污染物。 （提供产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告等证明材料）
3	生物安全柜	★前窗：工作开口高度 $\geq 250\text{mm}$ ，最高开口高度 $\geq 530\text{mm}$ 。	★前窗：工作开口高度 $\geq 250\text{mm}$ 。 （提供产品彩页或官网截图）

